

一级 指标	二级 指标	分值	三级指标	评分要点	检查要求
总分 (100 分)	1.1 硬 件 设施	10	1.1.1 环 境 房 屋设置	1.是否有环评 2. 每年房屋辐射监测报 告	查看 2015 年或 2016 年的 监测报告。如果未提交督 促提交网上。
		5	1.1.2 必 要 的 设备、器械	按质控手册要求	网络平台
		10	1.1.3 管 理 维 护	是否有维修保养记录	现场检查，提供近三个月 纪录
	1.2 管 理 水平	5	1.2.1 规 章 制 度、工作流程	1.放射事故应急预案；2. 质量保证方案	督促提交网络平台
		10	1.2.2 各 种 运 行 记 录 完 整 性	1.疑难病例讨论； 2.医疗差错讨论。	现场检查
		5	1.2.3 人 员 结 构、资质、职 责	纪录现有人员比例。医 师，物理师，技术员参 考比例为 1:0.5:1	已查
		5	1.2.6 重 大 医 疗安全事件	本年度有无重大事故	现场检查
	1.3 专 业 技术	10	1.3.2 诊 疗 规 范	选取本单位两个常见病 种，各自制定诊疗规范 细节，检查时对照细节 进行评价打分	现场抽查。 备注：各单位需准备近期 10 份病史，每个病种各 5 份备查
		20	1.3.4 病 史 质 量	按照病史要求进行评分	
		20	1.3.5 专 业 质 量指标	1.摆位误差 （10 分） 2. 计划质量（10 分）	现场检查。

			1.3.6 临床专 项技术	IMRT 质控 （本项本年度暂不纳入 检查评分）	
--	--	--	------------------	--------------------------------	--